

ЗАО «ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА»

141801, Московская область
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151

тел. 8(495)504-25-50
тел. 8(495)993-99-95

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование: Микротупферы стоматологические коллагеновые конусные с сангвиритрином стерильные

Дата изготовления/Номер серии: 0722/0822

Размер: (9,0 x 5,0) мм

Количество: 1 500 шт.

Срок годности: 3 года

Условия хранения: хранить при комнатной температуре в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя.

Испытания проведены по ТУ 9391-002-13380984-2007.

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика и норма	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Высокопористая губка желтого цвета со специфическим запахом, конусовидной формы. Края губки ровные без разломачивания края	Высокопористая губка желтого цвета со специфическим запахом, конусовидной формы. Края губки ровные без разломачивания края
2	Основные размеры, мм -высота -диаметр основания	9,0±1,0 5,0±1,0	Соответствует Соответствует
3	Потеря в массе при высушивании, %	Не более 18	9,9
4	рН	От 4,5 до 7,5	5,0
5	Впитываемость, г/г	Не менее 20	30,4
6	Стерильность	Препарат должен быть стерильным	Соответствует
7	Герметичность упаковки	Упаковка должна быть герметичной	Соответствует
8	Упаковка	В соответствии с ТУ	Соответствует
9	Маркировка	В соответствии с ТУ	Соответствует

Заключение: Микротупферы стоматологические коллагеновые конусные с сангвиритрином стерильные соответствует требованиям ТУ 9391-002-13380984-2007.

Инженер-химик ОККС

Начальник ОККС

Дата: 31/07/2022

/Щербаков Д.В./

/Горнак О.Б./

