

ЗАО «ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование: Микротупферы стоматологически коллагеновые конусные с сангвиритрином стерильные

Серия: 1218/12

Размер: (12,0x8,0)мм

Количество: 514 шт.

Дата изготовления: 12.2018

Срок годности: 3 года с даты стерилизации

Условия хранения: хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4⁰С до +25⁰С

Испытания проведены по ТУ 9391-002-13380984-2007

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика и норма	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Высокопористая губка желтого цвета со специфическим запахом, конусовидной формы. Микротупферы должны иметь ровные без разломачивания края	Высокопористая губка желтого цвета со специфическим запахом, конусовидной формы с ровными без разломачивания краями
2	Основные размеры, мм -высота -диаметр основания	12,0±1,0 8,0±1,0	Соответствует
3	Потеря в массе при высушивании, %	Не более 18	12,3
4	pH	От 4,5 до 7,5	4,86
5	Впитываемость, г/г	Не менее 20	34,7
6	Стерильность	Препарат должен быть стерильным	Соответствует
7	Герметичность упаковки	Упаковка должна быть герметичной	Соответствует
8	Упаковка	В соответствии с ТУ	Соответствует
9	Маркировка	В соответствии с ТУ	Соответствует

Заключение: Микротупферы стоматологические коллагеновые конусные с сангвиритрином соответствуют ТУ 9391-002-13380984-2007

Инженер-химик

/Щербаков Д.В./

Начальник

/Горнак О.Б./

Дата: 19.12.2018



ЗАО «ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование: Микротупферы стоматологически коллагеновые
конусные с сангвиритрином стерильные

Серия: 1118/11

Размер: (9,0x5,0)мм

Количество: 1000 шт.

Дата изготовления: 11.2018

Срок годности: 3 года с даты стерилизации

Условия хранения: хранить в сухом помещении, при комнатной температуре

Испытания проведены по ТУ 9391-002-13380984-2007

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика и норма	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Высокопористая губка желтого цвета со специфическим запахом, конусовидной формы. Микротупферы должны иметь ровные без разломачивания края	Высокопористая губка желтого цвета со специфическим запахом, конусовидной формы с ровными без разломачивания краями
2	Основные размеры, мм -высота -диаметр основания	9,0±1,0 5,0±1,0	Соответствует
3	Потеря в массе при высушивании, %	Не более 18	9,0
4	pH	От 4,5 до 7,5	5,31
5	Впитываемость, г/г	Не менее 20	39,4
6	Стерильность	Препарат должен быть стерильным	Соответствует
7	Герметичность упаковки	Упаковка должна быть герметичной	Соответствует
8	Упаковка	В соответствии с ТУ	Соответствует
9	Маркировка	В соответствии с ТУ	Соответствует

Заключение: Микротупферы стоматологические коллагеновые конусные с сангвиритрином соответствуют ТУ 9391-002-13380984-2007

Лаборант

Е.А. Долгова
/Долгова Е.А./

Начальник ОККС

О.Б. Горнак
/Горнак О.Б./

Дата: 18.11.2018г.

